





**Versión 13: Actualización**

**3. Prueba de errores de indicación.**

Valor Nominal de Carga	Patrón de calibración	Indicación	Error	Incertidumbre	k	Indicacion antes de ajuste (kg)
kg	kg	kg	kg	kg		
0	0.000	0.00	0.000	0.040	2	N/A
26	26.000	26.00	0.000	0.041	2	N/A
52	52.000	52.00	0.000	0.043	2	N/A
78	78.001	78.00	-0.001	0.046	2	N/A
104	104.001	104.00	-0.001	0.050	2	N/A
130	130.002	130.00	-0.002	0.055	2	N/A
156	156.002	156.00	-0.002	0.060	2	N/A
182	182.003	182.00	-0.003	0.066	2	N/A
208	208.004	208.00	-0.004	0.072	2	N/A
234	234.004	234.00	-0.004	0.079	2	N/A
260	260.004	259.95	-0.054	0.085	2	N/A

*Cualquier información adicional con gusto será suministrada*

*Cordialmente*

*Duván Barrera  
Director de Calidad*